

## CEPLİ GÖZ CERRAHİSİ ÖRTÜSÜ (DRAPE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril şartlarda göz cerrahisi kullanımı için üretilmiş olmalıdır.
2. Steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
3. Tek kullanım için üretilmiş olmalıdır.
4. Göz çevresini korumak için saydam cilde yapışan kısmı örtüyle bütünleşik olmalıdır.
5. Saydam örtünün yanında sıvı toplanması için örtüye yapışık cebi bulunmalıdır.
6. Cebin yönünün ok ile belirtilmesi tercih nedenidir.
7. Örtü en az 100x130 cm boyutlarında olmalıdır.
8. Drape cerrahi esnasında su ile temas edince yapışkan kısmı kalkmamalıdır. Malzemede yapışmama, zede ve benzeri teknik hata bulunması halinde değiştirme garantisi verilmelidir.
9. TİTUBB onaylı olmalıdır.
10. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
11. Sağlık Bakanlığı UBB VE ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No:130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTAR I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID	TAŞINIR KODU
1	CEPLİ GÖZ CERRRAHİ ÖRTÜSÜ	5000	adet	GZ1001	32985	150-03-03-270006282
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip.Tes.No:130161