


TC
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu

Konu : Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı

23 / 08 / 2022

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen **Prof. Dr. Funda Kosova 'nın 2022-073 nolu** projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı **Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 26 / 08 / 2022 saat 17.00 'a kadardır.**

TEL: 0 236 201 10 52 FAX: 0 236 201 14 47 e mail:bap@cbu.edu.tr


Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü

- 1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu "**Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA**"adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
- 2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
- 3- Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
- 4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler) eklenmelidir.
- 5-Teslim yerine kadar taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
- 6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi **en az 30 gün** olmalıdır.
- 7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
- 8-Teklif mektubunda "**Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum** " ibaresi yer almalıdır.
- 9- 6 Kalemın tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birim	Fiyatı	Tutarı TL	Özellikleri (Markası,Kodu)
1	Human Galectin-1 Quantikine ELISA Kit	2	adet / kutu			
2	BCL-2 Human ELISA Kit	2	adet / kutu			
3	Human Caspase 3 ELISA Kit	2	adet / kutu			
4	Human Caspase 8 ELISA Kit	2	adet / kutu			
5	Human NFkB(Nuclear Factor Kappa B) ELISA Kit	2	adet / kutu			
6	ELISA Rezervuar , 50 ml	2	adet / paket			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

.....Türk Lirasıdır.

Toplam Tutar	
KDV %	
Genel Toplam	

Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak yukarıda belirtilen bedelle vermeyi tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

Human Galectin-1 Quantikine ELISAKIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit 96 testlik olmalıdır. 2 kutu olarak teslim edilmelidir.
2. Assay hassasiyeti 0.085 ng/mL olmalıdır.
3. Assay aralığı 0.3 - 10 ng/mL olmalıdır.
4. Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.
5. Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.
6. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.
8. Kit ile plasma , tükürük, serum , idrar ve doku homojenatlarından çalışabilmelidir.
9. Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Assay Diluent concentrate, Biotin Antibody , HRP Avidin, Wash Buffer sample diluent ve 2 seviye düşük ve yüksek **kontrol serumu** olmalıdır.
10. Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.
11. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.
12. Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir. Kitin optimizasyonu firma tarafından yapılacaktır.
13. Kitin optimizasyonu ve çalışması sırasında gerekli olabilecek ekstra solüsyon ve malzemeler firma tarafından karşılanacaktır.
14. Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BCL-2 Human ELISA Kit TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit 96 testlik olmalıdır. 2 kutu olarak teslim edilmelidir.
2. Assay hassasiyeti 46.875pg/ml olmalıdır.
3. Assay aralığı 62.5 - 4,000 pg/mL olmalıdır.
4. Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.
5. Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.
6. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.
8. Kit ile cell lizatlarından, plasma , tükürük, serum , idrar ve doku homojenatlarından çalışabilmelidir.
9. Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Assay Diluent concentrate, Biotin Antibody , HRP Avidin, Wash Buffer sample diluent ve 2 seviye düşük ve yüksek **kontrol serumu** olmalıdır.
10. Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.
11. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.
12. Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir. Kitin optimizasyonu firma tarafından yapılacaktır.
13. Kitin optimizasyonu ve çalışması sırasında gerekli olabilecek ekstra solüsyon ve malzemeler firma tarafından karşılanacaktır.
14. Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.



Human Caspase 3 ELISA Kit

1. Kit 96 testlik olmalıdır. 2 kutu olarak teslim edilmelidir.
2. Assay hassasiyeti 0.1 ng/mL olmalıdır.
3. Assay aralığı 0.3 - 20 ng/mL olmalıdır.
4. Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.
5. Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.
6. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.
8. Kit ile plasma , tükürük, serum , idrar ve doku homojenatlarından çalışabilmelidir.
9. Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Assay Diluent concentrate, Biotin Antibody , HRP Avidin, Wash Buffer sample diluent ve 2 seviye düşük ve yüksek **kontrol serumu** olmalıdır.
10. Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.
11. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.
12. Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir. Kitin optimizasyonu firma tarafından yapılacaktır.
13. Kitin optimizasyonu ve çalışması sırasında gerekli olabilecek ekstra solüsyon ve malzemeler firma tarafından karşılanacaktır.
14. Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Human Caspase 8 ELISA Kit TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit 96 testlik olmalıdır. 2 kutu olarak teslim edilmelidir.
2. Assay hassasiyeti 0.16-10 ng/mL olmalıdır.
3. Assay aralığı 0,12 pg/ml olmalıdır.
4. Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.
5. Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.
6. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.
8. Kit ile plasma , tükürük, serum , idrar ve doku homojenatlarından çalışabilmelidir.
9. Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Assay Diluent concentrate, Biotin Antibody , HRP Avidin, Wash Buffer sample diluent ve 2 seviye düşük ve yüksek **kontrol serumu** olmalıdır.
10. Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.
11. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.
12. Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir. Kitin optimizasyonu firma tarafından yapılacaktır.
13. Kitin optimizasyonu ve çalışması sırasında gerekli olabilecek ekstra solüsyon ve malzemeler firma tarafından karşılanacaktır.
14. Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.



Human NFkB(Nuclear Factor Kappa B) ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit 96 testlik olmalıdır. 2 kutu olarak teslim edilmelidir.
2. Assay hassasiyeti 1 pg/ml olmalıdır.
3. Assay aralığı 19.53 pg/ml - 1250 pg/ml olmalıdır.
4. Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.
5. Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.
6. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.
8. Kit ile plasma , tükürük, serum , idrar ve doku homojenatlarından çalışabilmelidir.
9. Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Assay Diluent concentrate, Biotin Antibody , HRP Avidin, Wash Buffer sample diluent ve 2 seviye düşük ve yüksek **kontrol serumu** olmalıdır.
10. Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.
11. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.
12. Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir. Kitin optimizasyonu firma tarafından yapılacaktır.
13. Kitin optimizasyonu ve çalışması sırasında gerekli olabilecek ekstra solüsyon ve malzemeler firma tarafından karşılanacaktır.
14. Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Rezervuar Teknik Şartnamesi

1. İçerisinde **200 adet** olmalıdır.
2. Gama steril olmalıdır.
3. 50 ml –v buttom olmalıdır.
4. Polystrene olmalıdır. 96 well ve 384 well plate ler için uygun olmalıdır.

