

ECT KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Z katmalı olmalıdır.
- Mevcut ECT cihazı yazıcısına milimetrik uymalıdır.
- Alkol bazlı olmalıdır.
- CE belgesi olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde marka model yazılı olmalıdır.
- Mevcut ECT cihazı ile uyumlu olmalıdır. Yazıcı başlığına zarar vermeyeceğine dair taahhütname verilmelidir.

Prof. Dr. Artuner DEVECİ
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Psikiyatri A.D.
Dip.No: 6377 Tes.No: 63391-61335