

CONDUCTIVE SOLUSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 15 ml'lik plastic damlalık ambalajlarda olmalıdır.
- Stimulus elektrod'ları ile empedans düşürücü özellik oluşturmak için kullanılmalıdır.
- Ciltte yan etkisi olmamalıdır.
- Mevcut ECT cihazı ile kullanılmalıdır.
- CE belgesi olmalıdır.

Prof. Dr. Artuner DEVECİ
M.C.B.U. Zilip Fakültesi
Psikiyatri A.D.
Dip.No:6263 Tes.No:53391-61335