

**PATOLOJİ ANABİLİM DALI İÇİN DOĞRUDAN TEMİNİ İSTENEN SARF MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Sıra No	Malzeme	Şartname Özellikleri	Miktar	Birim
1.	Nitril Eldiven	<ol style="list-style-type: none">1. Eldiven 100'lük kutularda her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.2. Eldiven pudra içermemelidir.3. Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.4. Eldivenin manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu Kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır.5. Eldivenin avuç içi kalınlığı 0,12 mm olmalıdır.6. Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır.7. Eldivenin ebatı Small (S) olmalıdır.8. Eldivenin EN 374, EN 455 standardına uygun olmalıdır.	5000	Adet
2.	Nitril Eldiven	<ol style="list-style-type: none">1. Eldiven 100'lük kutularda her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.2. Eldiven pudra içermemelidir.3. Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.4. Eldivenin manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu Kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır.5. Eldivenin avuç içi kalınlığı 0,12 mm olmalıdır.6. Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır.7. Eldivenin ebatı Medium (M) olmalıdır.8. Eldivenin EN 374, EN 455 standardına uygun olmalıdır.	10000	Adet
3.	Nitril Eldiven	<ol style="list-style-type: none">1. Eldiven 100'lük kutularda her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.2. Eldiven pudra içermemelidir.3. Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.4. Eldivenin manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu Kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır.5. Eldivenin avuç içi kalınlığı 0,12 mm olmalıdır.6. Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır.7. Eldivenin ebatı Large (L) olmalıdır.8. Eldivenin EN 374, EN 455 standardına uygun olmalıdır.	10000	Adet

Prof. Dr. Semin AYTAÇ
Dip. No: 5378
MCBÜTE
Tıbbi Patoloji AD Başkanı