

### **80 MİLİMETRE MİKROTOM BIÇAĞI TUTUCUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Disposable mikrotom tutucusuna uyumlu olmalıdır.
2. Sapı plastik olmalıdır.
3. 80 mm uzunluğundaki mikrotom bıçaklarını tutabilmelidir.
4. Ölçüleri 125x23 mm olmalıdır.
5. Uzun süre kullanım özelliğine sahip olmalıdır.
6. Kullanılan mikrotom bıçağıyla aynı marka olmalıdır.
7. Mikrotom bıçağı tutucusu ve mikrotom bıçağını bir arada üretebilen firmaların ürünü olmalıdır.

### **130 MİLİMETRE TIRAŞLAMA BIÇAĞI TUTUCUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sapı plastik olmalıdır.
2. 260 mm uzunluğundaki bıçakları tutabilmelidir.
3. Uzun süre kullanım özelliğine sahip olmalıdır.
4. Paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
5. Kullanılacak bıçakları sabitlemek için üzerinde sabitleyici vida olmalıdır.
6. Kullanılan bıçakla aynı marka olmalıdır.
7. Mikrotom bıçağı tutucusu ve mikrotom bıçağını bir arada üretebilen firmaların ürünü olmalıdır.

### **260 MİLİMETRE TIRAŞLAMA BIÇAĞI TUTUCUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sapı plastik olmalıdır.
2. 260 mm uzunluğundaki bıçakları tutabilmelidir.
3. Uzun süre kullanım özelliğine sahip olmalıdır.
4. Paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
5. Kullanılan bıçakla aynı marka olmalıdır.
6. Kullanılacak bıçakları sabitlemek için üzerinde sabitleyici vida olmalıdır.
7. Mikrotom bıçağı tutucusu ve mikrotom bıçağını bir arada üretebilen firmaların ürünü olmalıdır.

### **130 MİLİMETRE MİKROTOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Patoloji laboratuvarında doku kesitlerinde kullanılacaktır.
2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Bıçaklar orijinal otomatik sürücü kaset içinde olmalıdır.
4. Her bıçak üzerinde üretici firmaya ait logo bulunmalıdır.
5. Patoloji laboratuvarında mevcut kullanılan Feather 130 mm bıçak tutucusuna uygun olmalıdır.
6. Mikrotom bıçağı tutucusu ve mikrotom bıçağını bir arada üretebilen firmaların ürünü olmalıdır.

### **260 MİLİMETRE MİKROTOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Patoloji laboratuvarında doku kesitlerinde kullanılacaktır.
2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Bıçaklar orijinal otomatik sürücü kaset içinde olmalıdır.
4. Her bıçak üzerinde üretici firmaya ait logo bulunmalıdır.
5. Patoloji laboratuvarında kullanılan F260 Feather bıçak tutucusuna uygun olmalıdır.
6. Mikrotom bıçağı tutucusu ve mikrotom bıçağını bir arada üretebilen firmaların ürünü olmalıdır.



Prof. Dr. Aydın İşisağ  
Tıbbi Patoloji AD Öğretim Üyesi