

SİLİKON SUPRAPUBIC DRENAJ SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Mesanenin suprapubik yoldan drenajı amacıyla kullanılacaktır.
2. Suprapubik kateter % 100 silikondan üretilmiş düz balonlu 10fr. 12fr. 14fr. kalınlıklarda kateter olmalıdır.
3. Set içerisinde 1 adet koruyucu lancet ve 1 adet 10fr. 12fr. 14fr. ortadan ayrılabilen metal trokar kanül olmalıdır.
4. Açılır kapanır klemp olmalıdır.
5. Tüm parçalar orijinal steril ambalajında olacaktır.
6. Trokar iğne kateteri düzleştirmek ve sabitlemek için kullanılacaktır.
7. Set içerisinde:
1 (bir) adet metal trokar iğne, 1 (bir) adet 40cm uzunluğunda düz balonlu, 1 (bir) adet luer lock, 1 (bir) adet uzatma, 1 adet cilt sabitleme diski, 1 adet bistüri ve 1 adet idrar torbası bulunacaktır.

Prof. Dr. TALHA MİRZANOĞLU

