

TC
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
PORT İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.İğne port katater sistemi ile kullanımına uygun olmalıdır.
- 2.İğne verev kesimli olmalıdır.
- 3.Rahat kavrayabilmesi ve çıkarabilmesi için kanat şeklinde açılabilen tutma mekanizması olmalıdır.
- 4.İğne ucu portun silikon septumuna zarar vermemesi için huber uç yapısı özelliğinde olmalıdır.
- 5.Alerjik reaksiyonlara neden olmamalıdır.
- 6.İğne 19GX20 mm ve 20GX15 mm kalınlığında ve uzunluk aralıklarında seçilmelidir.
- 7.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 8.İğne antiklinik özellikli, luer-lock bağlantı birimli hasta uzatmasına sahip olmalıdır.
- 9.İğneler tek tek paketlenmiş olmalıdır.
- 10.Teslim edilecek ürünlerin UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

Malzeme İstem Formu (1 sayfa)
Teknik şartname (1 sayfa)

Prof. Dr. Hüseyin ÇULUZ
Celal Bayar Ün. Fak.
Pediyatri Hsp. Başk.
Dp. No. 8345
Dış. Tes. No. 8345