

MEZOTERAPİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

- 1-Mezoterapi İğnesi 30G 0,3 x13mm enjektör tipi olmalı
- 2-Açılmamış Durumda Sıfır Boyut 2 cc altı olmalı
- 3-Steril ambalajında 100 adet iğne olmalı
- 4-Ölçüleri: 30G (İğne kalınlığı) X 13MM (İğne uzunluğu) olmalı.
- 5- Mezoterapi ve |karboksiterapide kullanıma uygun olmalı
- 6-Ürün tek tek steril ambalajında olmalı.
- 7-Mikro enjeksiyon için keskin ve ince bir ucu olmalı.
- 8-İnce iğne ucuna rağmen yüksek akışkanlık sağlamalı, iğne kalınlığı 30G olmalı.
- 9-Değerlendirme için Numune getirilmeli.
- 10-TİTUBB onaylı olmalıdır.
- 11-Sağlık Bakanlığı UBB VE ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161

