

ePTFE İNCE DUVARLI VASCULAR GREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Greft ePTFE yapıda olmalıdır.
2. Greft Thinwall (ince duvarlı) olmalıdır.
3. Greftler 6mm - 8mm çapa, 50cm ve üzeri uzunluklara sahip olmalıdır.
4. **Greft dışta spiral yapıda ya da tek tek ringli yapıda olmalıdır.**
5. Gerektiğinde greftin üzerindeki spiral ya da ringler çıkartılabilmelidir. Çıkartılan spiral ya da ringler greftin sağlamlığını bozmamalıdır.
6. Greft dış yüzeyi yumuşak ve dirençli bir tabakayla kaplı olmalıdır.
7. Greft kaplaması kanamayı ve terlemeyi önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Greft hızlı endotelizasyon sağlayacak yapıda olmalıdır.
9. İmplantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek için, greft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
10. Greft özel bir suture kullanımı gerektirmemelidir.
11. Malzemeler ETO sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalı, steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
12. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
13. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
14. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB, Lot numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir

Prof. Dr. Ömer TETİK

Kalp Damar Cerrahisi ABD Başkanı