Enstrüman Tanımlayıcı Teknik Şartnamesi

1. Her 1 Tabakada Minimum
   - 1" (25,4 mm) x 220
   - 1,5" (38,1 mm) x 44
   - 2" (50,8 mm) x 44

ölçülerinde toplam 308 adet strip olmalıdır.

2. En az 72 farklı renk alternatifi bulunmalıdır.
3. Renkleri canlı olmalıdır.
4. Yapıştırıldıkları yerden kısa sürede ayrılmamalıdır. Her tabaka ayrı ayrı koruyucu kılıf içinde olmalıdır.
5. Lateks içermemelidir.
6. Bantlar, buhar otoklavı, etilen oksit ve hidrojen peroksit plazma ile steril olabilmelidir.
7. Mikro-organizma üremesine olanak vermeyecek materyalden imal edilmiş olmalıdır.
8. Solüsyona yatırıldığında enstrüman üzerinde yapışkan vb. kalıntı bırakmamalıdır.
9. Üretici Firma EN ISO 13485 Kalite Belgesine sahip olmalı ve Belge ihale dosyasına konulmalıdır.
10. Üretici Firma 93/42/EEC Belgelerine sahip olmalı ve Belge ihale dosyasına konulmalıdır.
11. İhale kanunu ve tıbbi cihaz direktifinin gerektirdiği belgeleri bulunmalıdır.
12. Talep yapan birimin belirleyeceği desen seçeneğinden 3 tabaka numune deneme amaçlı birime teslim edilecek ve karar verilecektir.
13. En az 1 yıl raf ömrü olmalıdır.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire