

ÇANSIZ STETESKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steteskop ile düşük-yüksek frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır.
2. Ses alıcısı, çift taraflı kullanıma uygun çan tipi olmalıdır.
3. Tambur kromajlı olup, pediatri hasta tansiyonu ölçümü için uygun ve çansız olmalıdır
4. Steteskop, süper yumuşak kulak zeytinleri, kulak boruları, çift kanallı silikon Y hortumu ve çift membranlı ses alıcısından (tambur) meydana gelmelidir.
5. Steteskop simetrik bir yapıda olmalı, kromajlı kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır.
6. Silikon Y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku vermemelidir.
7. Silikon Y hortumu, renk seçeneği mevcut olup, üzerinde marka yazılı olmalıdır.
8. Kulak borularının kaviseri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini bozacak, engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır.
9. Kulak zeytinleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen ekstra yumuşak silikon olmalıdır. Steteskop ile birlikte iki adet silikon yedek kulak zeytini verilmelidir.
10. Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde menşei, marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.
11. 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Özge YILMAZ
Celal Bayar Üniversitesi Hast.
Dip. No: 01-392-082
Dip. Tes. No: 104831
Çocuk Allerji Uzmanı Tes. No: 88990