

ENDOSKOPIK KAMERA KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kılıf su geçirmez ve şeffaf olmalıdır.
2. Nonsteril kısmı kartondan mamul olmalıdır.
3. Endoskobu saran kısmın üzerinde yapışkan şerit bulunmalıdır.
4. Yapışkan şerit endoskobu iyi sarmalı ve sterilizasyonu tehlikeye sokmamalıdır.
5. Steril tek kullanımlık olmalıdır.
6. Poşet şeffaf olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi ve en az 5 (beş) yıl olmalıdır.
8. Kılıf yapışıklık içermemeli ve delik olmamalıdır.
9. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 (± 1) yıl olmalıdır.
10. Teklif veren firma denenmek üzere 3 (üç) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün ilgili bölüm tarafından denendikten sonra uygunluk verilecektir.
11. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
12. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
13. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Feryal Kızıldağ YALÇIN
Sarılık Hizmetleri Müdürü