


SİTRİK ASİD KONSANTRE DEZENFEKTAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 5-6 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- 2- 1.6 molgram/LT konsantrasyonda sitrik asid içermelidir.
- 3- Hemodiyaliz makinalarında termokimyasal dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon yapabilmelidir.
- 4- Türk standartları enstitüsü onaylı olmalıdır.
- 5- İmalinden itibaren 2 yıl süre ile kullanılır olmalıdır.
- 6- Hastanemizde bulunan fresenius 4008 S cihazları için kullanılır nitelikte olmalıdır.
- 7- Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
- 8- Sut tavan fiyatı üzerinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 9- Firma, solüsyon teknik kullanım yönünden ileride herhangi bir problem olduğunda eldeki malzeme uygun malzeme ile değişim taahhüt etmek zorunda olmalıdır.
- 10- İhaleye iştirak eden firmalar ihaleden önce teklif edilecek malzemelere ait dökümanları ve üç adet numuneyi 5 gün önce üniteye teslim edeceklerdir.


Doç. Dr. Aysun TORAMAN
CBU. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Dip. Tes. No: 93482