

TEK KULLANIMLIK BONE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Bone çapı en az 50 cm olmalıdır.
3. Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.
4. Tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.
5. Boneler alerjiye neden olmamalı, cildi tahriş etmemeli, zararlı-toksik madde içermemelidir.
6. Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, hava geçirgenliği sağlamalıdır.
7. Bonenin başı çevreleyen lastik kısmı overlok çift dikiş veya reçme dikişli olmalıdır.
8. Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerinden ayrılmamalıdır.
9. Bonelerin lastik kısmı ciltte iz yapmamalı, baş bölgesini kavramalıdır.
10. Bonenin kenarları düz lastikli olmalıdır. (pile olmamalıdır.)
11. Akordeon gibi katlanmış iki tarafında toplanmış olmalıdır.
12. Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalıdır
13. Açık yeşil veya mavi renkte olmalıdır.
14. En az 50, en çok 250 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir.
15. Teklif veren firma denemek üzere 4 (dört) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.
16. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
17. 2 (iki) tanesi şahit numune olarak değerlendirilecektir.
18. Ürünün mutlaka UBB VE UTS kaydı olmalıdır.

Bahar ERDEKİKANI
Sağlık Hizmetleri Müdürü