

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
HAFSA SULTAN HASTANESİ
MERKEZİ LABORATUVARI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
PROTEİN ve İMMUN FİKSASYON ELEKTROFOREZİ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

	SUT Kodu	Malzeme Adı	Talep Edilen Test Miktarı
1	L 103720	İmmun Fiksasyon Elektroforez kiti	320
2	L 106360	Protein Elektroforezi kiti	520

1. Teklif edilecek elektroforez kitleri, içindeki test sayısına yetecek kadar her türlü sarf malzemesini (uygulama plakları, boya, tampon v.b.) içermelidir.
2. Elektroforez sisteminde kullanılacak tatbik plakları, agaroz jel plak olmalıdır.
3. Kitlerin içindeki tampon ve boya maddelerinin hazırlandıktan sonraki dayanma süreleri uzun olmalıdır. Kit kısa sürede bozulabilecek madde içeriyorsa, söz konusu maddenin miktarı kit bitimine yetecek kadar fazla olmalıdır.
4. Teklif edilecek bütün kitler (kalibratör ve kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı olmalıdır. Kitler gerekirse miyadı dolmadan 3 ay önce firmaya iade edilerek yeni miyadlılarla değiştirilebilmelidir.
5. Laboratuvar sorumlusu maddi kaybı en aza indirmek için test sayısı az olan (küçük ambalajlı) kitleri tercih edebilmelidir. Bu sebeple kitlere ait ambalaj şekilleri ihale dosyasında belirtilmiş olmalıdır.
6. İhaleyi kazanan firma kitler bitinceye kadar her türlü bakım ve teknik desteği ücretsiz vermek ile yükümlüdür.
7. Elektroforez sonuçlarının basımında kullanılmak üzere gereken ilgili her tür sarf malzemesi (10 top 500'lük A4 kağıt ve 2000 adet eppendorf tüp firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.
8. Elektroforez sisteminin eğitim ve deneme çalışmalarında kullanılacak kitler, ilgili firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.
9. Teklif veren firmalar şartname maddelerinin tamamına ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap verecektir. Bu cevaplar alımı yapılan kitler "..... marka ve bu kitlerin çalışmasının yapılabilmesi için firma tarafından bedelsiz olarak kurulacak
 - a. marka model cihaza ait teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi " başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından mühürlenip imzalanmış olacaktır. Bu cevaplar orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunmamalıdır.
10. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Prof. Dr. Fatma TANEL:
Celal Bayar Üniv. Tıp Fak
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No: 60488

1

Doç. Dr. Yeşim Güvenc DEMİRAGCI
M.C.B.Ü Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No: 1071-5862