

LUMCHECK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün otomatik yıkama dezenfeksiyon cihazlarında kullanılan içi boş ve kanüllü malzemelerin temizlik kontrolünde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kullanım uygunluğu için Lumcheck test aparatının iki uç kısmından biri tüm otomatik yıkama makinelerinde kullanılabilecek evrensel yapıya sahip olmalıdır.
3. Test aparatı 2 parçadan oluşmalıdır. Aparatın toplam uzunluğu 29cm +-1 olmalıdır.
4. Aparatın orta kısmı indikatörün yerleştirilebileceği şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Test indikatörü transparan görsel sonuç gösterebilmeli, gözlemsel değerlendirmeyi sağlayabilmelidir.
6. Test indikatörü EN 15883/1 ve EN155883/5 te tanımladığı şekilde pıhtılaşmış kanla benzerlik göstermelidir.
7. Test indikatörü 55mm x 5mm ebadlarında olmalıdır.
8. Üretici firma DIN-EN ISO 9001-2008 sertifikasına sahip olmalıdır.
9. Test aparatı indikatörü içerisinde iken otomatik yıkama makinesinin içi boş ve kanüllü malzeme yıkama aparatının su giriş bağlantısına kolayca takılabilmelidir.
10. Paket içeriği 25 adet olmalıdır.
11. Cihaz sayısı kadar test aparatı ücretsiz verilmelidir.
12. Ürünün raf ömrü en az 12 ay olmalıdır.

MSÜ Sorumlu Hem
Sercan Sanbay

