

LİNE (ŞEFFAF VE IŞIKTAN KORUMALI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Line, steril non-toksik, apirojenik olmalıdır.
2. Line, silikon, polipropilen ve DEHP içermemelidir.
3. Line ,şeffaf ve ışıktan korumalı (Opak) olmak üzere iki türdür.
4. Işıktan korumalı (Opak) istenen setler, hassas ilaçların uygulaması için kullanılacaktır.
5. Line 50 ml'lik enjektörler ile sıvı, ilaç vb. verilmesine uygun yapıda olmalı, hastanede kullanılan perfüzör enjektörü ile uyumlu çalışabilmelidir.
6. Line ,150 cm uzunlukta male-female(erkek-dişi) yapıda olmalı ve ihtiyaca binaen istenilen çaplarda verilmelidir.
7. Line ,içinden sıvı akışı izlenebilmelidir.
8. Line, uygulanabilecek tüm akış hızlarında güvenli kullanılabilmelidir.
9. Linenin, sıvı taşıma kapasitesi (iç hacmi) 3 ml'ten fazla olmamalıdır.
10. Line, İV kanül ,üçlü musluk vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
11. Line,steril, orijinal ambalajda bulunmalıdır.
12. Line, Gamma Ray yöntemi veya Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
13. Line, ambalajı üzerinde son kullanım tarihi, lot no ve barkot olmalıdır.
14. Linelerin üretim tarihi ile son kullanım tarihi arasında en az 2 yıl olmalıdır
15. Teklif veren firma denenmek üzere 20 (yirmi) adet numune line hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
16. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
17. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
18. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Bahar ERDEKİANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü