

ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR TUBİNG SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen Tubing Setler ameliyathanemiz envanterinde bulunan Sonoca marka cihaz ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek Tubing Setler aynı üretici firma tarafından üretilmeli ve Avrupa menşeli olmalıdır.
3. Malzeme ambalajında herhangi bir hasar olmamalıdır.
4. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
5. Tubing Setler tekli steril pakette ve çift poşetli olmalıdır.
6. Tubing Setlerin mekanik irrigasyon ünitesine (irrigasyon pompasına) takılan yeri silikon olmalıdır.
7. Malzemenin irrigasyon (şeffaf) ve suction (mavi) hortumları farklı renklerde ve içindeki sıvı akışını gösterir özellikte olmalıdır.
8. Tubing Setlerin üzerinde handpiece kablosu için tutucu klipsler olmalıdır.
9. Tubing Set iki hortumdan oluşmalıdır. Aspirasyon hortumu en az 500cm olmalı ve aspirasyon şişesine uyumlu olmalıdır. İrrigasyon hortumu en az 500cm olmalı ve hortum ucu serum şişesine rahatlıkla takılabilecek özellikte olmalıdır. Aynı hortumun üzerinde damla ayar mekanizması da bulunmalıdır.
10. Tubing Setin irrigasyon ve aspirasyon hortumlarının handpiece girişi luer lock kilitli olmalıdır.
11. Tubing Setler disposable olmalıdır.
12. Tubing setlerle kullanılacak el aletleri en az 3 frekarsta (25khz,35khz,55khz) çalışmalı ve uç kısımları dahil reusable olmalıdır.
13. Tubing Setin üzerinde steril edildiği tarih ve sterilizasyonun sona eriş tarihi yazılı olmalıdır.
14. Teklif veren firmalar, TSE ve Sanayi Tic. Bakanlığından onaylı Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgelerini ihale dosyasına eklemelidir.
15. Teklif veren firmalar Teknik Servis alt yapıları hakkında bilgi veren dökümanları ihale dosyasına eklemelidirler. Cihazda olası arızalara müdahale edebilecek kalifiye teknik personel bulunmalıdır.

Prof. Dr. Y. HAN
Cerrahi Tıp Fakültesi
Dip. No: 476