


## EEG ELEKTROT KABLO SETİ ŞARTNAMESİ

1. Ayırt edilebilmesi için farklı renkte olmalıdır.
2. Kusursuz iletim için saf altın kaplama elektrot olmalıdır.
3. Uyku çalışmalarında verimli yanıt alabilmek için hem EEG hem de EOG sinyallerini algılamalı ve cihaza iletebilmelidir.
4. Hasta bağlantı kısmı 10mm çapında en 2 metre en fazla 3 metre uzunluğunda cup şeklinde olmalıdır.
5. Hem pediatrik hem de yetişkin hastalarda kullanılabilmelidir.
6. Tekrar kullanılabilir.
7. Kullanıcı uygunluk bölüm tarafından verilecektir.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains text in Turkish, including "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI" and "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI". The signature is stylized and appears to be a personal name.