

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(Gözetim Yapan Bakım 1)

İstekte Bulunan Birim İsmi Yazılacaktır

Acil İstem

No	Malzemenin Adı	Miktarı	İstem Tarihi	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok (Varsa)					
							Var Durumu	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	Endotrakeal Entübasyon Tüpü 2,5 no 411	100 adet	22/01/26		4 (ay)	Acil ihtiyaç	Yok	malzeme	06944326413028	22/01/2026	022270	
2	Endotrakeal Entübasyon Tüpü 3 no 411	100 adet	22/01/26		4 (ay)	Acil ihtiyaç		06944326413028	22/01/2026	022270		
3	Endotrakeal Entübasyon Tüpü 3,8 no 411	100 adet	22/01/26		4 (ay)	Acil ihtiyaç		06944326413028	22/01/2026	022270		
4	Endotrakeal Entübasyon Tüpü 4 no 411	100 adet	22/01/26		4 (ay)	Acil ihtiyaç		06944326413028	22/01/2026	022270		
5	Endotrakeal Entübasyon Tüpü 5,5 no 411	100 adet	22/01/26		4 (ay)	Acil ihtiyaç		06944326413028	22/01/2026	022270		
6	Endotrakeal Entübasyon Tüpü 6,5 no 411	100 adet	22/01/26		4 (ay)	Acil ihtiyaç		06944326413028	22/01/2026	022270		
7	Endotrakeal Entübasyon Tüpü 7 no 411	100 adet	22/01/26		4 (ay)	Acil ihtiyaç		06944326413028	22/01/2026	022270		

Doç. Dr. Mesihhan ZENGİN
Gözetim Yapan Uzmanı
Diploma No: 15058
İstem Tarihi: 22/01/2026

Onaylayan;
Prof. Dr. İsmet Topcu
Başhekim

ENDOTRAKEAL TÜP (ENTÜBASYON TÜPÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tekli steril paketlerde olmalı
2. Non-toksik tıbbi PVC'den imal edilmiş olmalı
3. Şeffaf olmalı
4. Latex içermemeli
5. Tüpün üzerinde 1'er cm aralıklarla derecelendirme olmalı
6. Tüpün uç kısmı özel yapıda ısı ile yumuşayarak trakeaya zarar vermeden entübasyon yapmaya olanak sağlayan özellikte olmalı
7. Tüpün doğru yerleştirilmesine olanak sağlamak için pozisyon çizgisi olmalı
8. Tüp entübasyon sırasında lubrikan madde gerektirmeyecek kayganlıkta ve atravmatik olmalı
9. Tüp eğimi entübasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalı
10. Tüplerin paketinde tüplerin boyları ve çapları yazılı olmalı
11. Tüpün üzerinde boyu yazılı olmalı
12. Tüpün kaf yapısı alçak kontür-düşük basınçlı olmalı ve kafın en efektif düşük basınçla karınaya oturmasını sağlamalı
13. Kaf şişirilme esnasında patlamaya dirençli olmalı ve kolaylıkla havası boşaltılabilmeli
14. Kafın üst kısmında yer alan derinlik çizgileri ses tellerinin görülerek trakeal tüpün doğru yerleştirilmesini sağlamalı, tüpün üzerinde derecelendirme çizgileri bulunmalı
15. Tüpün üzerinde boyu yazılı olmalı
16. Tüpün üzerinde iç ve dış çapı belirtilmiş olmalı
17. Tüpün üzerinde X ray'de görülmesini sağlayan radyoopak çizgi bulunmalı
18. Tüp oral/nazal kullanıma uygun olmalı
19. İstenilen tüp numaralarının 2,5/3/3,5/4/5,5/6,5/7 kablı seçenekleri olmalıdır.
20. Bağlantı konektörü bulunmalı
21. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son

Doç. Dr. Nispet ZENGİN
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Ç.Y.S. No: 125063
Diploma No: 114080

kullanma tarihi en az 4 yıl olmalıdır. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Klinikte denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune getirmeyen firmaların ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22. TİTUBB(Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası), UBB(Ulusal Bilgi Bankası) Barkod Kodları,Sut Ve Sut Alan Kodlarından Kaynaklanan Zararlar Ve Kesintiler Yüklenici Firmaya Aittir.

Doç. Dr. Mesuthan ZENGİN
Çocuk Yogen Bakım Uzmanı
Ç.Y.B. Tes. No: 125063
Diploma Tes. No.: 114060