

FOGARTY KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter 3-4-5-6 F kalınlığında olmalıdır.
2. Kateter çubuk şeklinde paketlenip steril edilmiş olmalıdır.
3. Kateterin ucunda kateter size ile uygun hacimde balonu olmalıdır.
4. Mukavemetli poliüretandan üretilmiş olmalıdır.
5. 80 cm'den kısa olmamalıdır.
6. Distal kısmı yumuşak, yaylı olmalıdır.
7. Kataterle birlikte, katetere uyumlu 2cc' lik (steril) enjektör verilmelidir.
8. Tekli steril ambalajında olmalıdır.
9. Ambalajı sterilizasyonu bozulmadan açılmaya uygun olmalıdır.
10. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler, sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
11. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
12. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB, LOT numarası ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

KV1153

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı