

## LİGACLİP KARTUŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Titanyumdan imal edilmiş olacak.
2. Klipler LT- 200 Medium ve LT- 400 Large olmalıdır.
3. LT- 200 Medium Liga klip için 18 cm ve/veya 20 cm boyutunda 2 adet ligacclip aplikatörü (açısız olacak) istem yapan kliniğe firma tarafından verilecektir.
4. LT- 400 Large Liga klip için 20 cm ve/veya 24 cm boyutunda 2 adet ligacclip aplikatörü (açısız olacak) istem yapan kliniğe firma tarafından verilecektir.
5. En az 6'lık veya 10 'luk kartuşlardan oluşmalıdır.
6. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
7. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
8. Üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
9. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi ez  $3\pm 1$  yıl miadlı olmalıdır.
10. Teklif edilecek ürünlerin sağlık bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.
11. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
12. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lod numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof.Dr. Ömer TETİK  
Kalp Damar Cerrahisi ABD  
Başkanı