

SİLİKON ALMA VERME KİTİ 23G

Kit disposable olmalı ve tek paket içerisinde steril ve kod numarası belirtilmiş olmalıdır,

Kliniğimizde bulunan Oertli cihaz ile uyumlu olmalıdır,

İşlemimi otomatik yapabilen 1 adet 10 cc bimanuel aspirasyon için Luerlock sistemli enjektör

Enjektörlerin arkasında aspirasyon için sert tubing olmalıdır.

Enjektörün ucunda aspirasyon işlemi için çelik 23G kantil olmalıdır.

Dr. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.B.D.
Diy. Tesc. No: 158808