

## VİTREKTOMİ IŞIK PROBU

OERTLİ marka OS4model cihaza bire bir uygun olmalıdır

Steril olmalıdır

Tek kullanımlık (disposable) olmalıdır

25 g chandelier ılluminasyon probu olmalıdır

Ayrıca paket içinden 25 g chandelier için tek adım içten valfli trocar seti çıkmalıdır,

Orjinal ürün dışında teklif veren firma, cihazın malzemedeki kaynaklanan arızası

durumunda cihazın yetkili servisine ücreti mukabili tamir ettireceğini belirten noter tasdikli

belge verecektir. Ayrıca cihazın tamiri süresince aynı cihazı bırakmayı garanti ve taahhüt

etmelidir. Noter tasdikli taahhütname vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Anısa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  
F. Sultân Hastanesi  
O. Muhterem Altınışık  
Göz Hastalıkları A.B.D.  
Dip. Teş. No: 153808