

## VİTREKTOMİ SETİ 23G

- OERTLİ marka FAROS model cihazına bire bir uygun olmalıdır  
İrrigasyon ve aspirasyon hatları kaset sistemi ile bütünleşik olmalıdır  
Kaset sıvı alış verişini sağlamak için kullanılan hortumlar silikondan üretilmiş olmalıdır.  
İrrigasyon ve aspirasyon hatlarının fako elciğine takılacak konnektörleri yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır  
Kasetin aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle kullanılması için sertliği ve et kalınlığı artırılmış olmalıdır.  
Tüm set tek bir steril blister paket içinde olmalıdır  
Paket üstünde steril metodu, üretim tarihi son kullanma tarihi lot no ve üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır  
Paket içeriği  
1 adet kaset sistemi  
1 adet sıvı atık torbası  
1 adet kan seti  
1 adet uzaktan kumanda örtüsü  
1 adet 23g cf vitrektomi probu  
1 adet 23g panoramik ışık probu  
1 adet 23g trocar set şeklinde olmalıdır

Emine Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Sultan Hastanesi  
C Muammer A. ALTINIŞIK  
Göz Hastalıkları A.B.D.  
Dip. Teş. No: 153808