

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

* İsteğe Bulunan Birim İsmi Yazılacaktır


S. N.	Malzemenin Adı	Miktar	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu			(Varsa) En Son Alım		
						Var	Yok	Miktarı	UBB	Tarih	Sut kodu
1	AMS 800 ANTİBİYOTİKLİ YAPAY SFİNKTER TIKAMA KAFI	1	ADET	..12...(Ay)	OPERASYON		00878953003108	00878953003092	00878953003078 / / 201..	UR 1005
2	AMS 800 ANTİBİYOTİKLİ YAPAY SFİNKTER KONTROL POMPASI	1	ADET	..12...(Ay)	OPERASYON		00878953001036		 / / 201..	UR 1006
3	YAPAY SFİNKTER AKSESUAR KİTİ	1	ADET	..12...(Ay)	OPERASYON		00878953000619		 / / 201..	UR 1008
4	ANTİBİYOTİKLİ BASINÇ DÜZENLEYİCİ BALON	1	ADET	..12...(Ay)	OPERASYON		00878953000626		 / / 201..	UR 1007
									 / / 201..	
									 / / 201..	
									 / / 201..	
									 / / 201..	
									 / / 201..	
									 / / 201..	
									 / / 201..	
									 / / 201..	
									 / / 201..	

Prof.Dr. Bilal GÜMÜŞ

* İsteğe Bulunan Ad Soyadı

AMS 800 ANTİBİYOTİKLİ YAPAY SFİNKTER KONTROL POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikon materyal olmalıdır.
2. Ürünün kontrol pompasını kullanarak kaftan rezervuara aktarılan sıvı, 2-3 dakika içerisinde otomatik olarak sıvı rezervuardan kafa iletilip üretrayı tekrar kapatmalıdır.
3. Kontrol pompası üzerinde deaktivasyon düğmesi bulunmalıdır.
4. Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
5. Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.
6. Ürün İnhibizone (Antibiyotik) kaplı olmalıdır.


Prof. Dr. F. B. GÜMÜŞ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak.
Uroloji A.B.D.
Dip.No. 3185 Mesul No. 33085

AMS 800 YAPAY SFINKTER AKSESUAR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünün tamamı vücuda uyumlu materyal olmalıdır.
2. Ürünün kutusun içerisinde üretrayı ölçmek için cetvel ve bağlantı parçaları olmalıdır.
3. Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
4. Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.

Prof. Dr. Bilal GÜMÜŞ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak.
Uroloji A.B.D.
Dij. No. 3135 Tescil No. 33085

AMS 800 ANTİBİYOTİKLİ YAPAY SFİNKTER TIKAMA KAFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikon materyal olmalıdır.
2. Ürünün 4cm ve 4,5cm kaf boyları ameliyat esnasında bulunacak şekilde teslim edilecektir.
3. Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
4. Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.
5. Ürün İnhibizone (Antibiyotik) kaplı olmalıdır.

Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak.
Üroloji A.B.D.
Dip.No. 3185 Tescil No. 33085

**AMS 800 ANTİBİYOTİKLİ YAPAY SFİNKTER
BASINÇ DÜZENLEYİCİ BALONU TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikon materyal olmalıdır.
2. Ürünün 61-70 cm basınç sağlamalıdır.
3. Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
4. Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.

Prof. Dr. Bülent KÜMÜS
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak.
Üroloji A.B.D.
Dip.No. 3165 Tescil No. 33085