


BİSTÜRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Üzerinde son kullanma tarihi ve markası yazılı olmalıdır.
- 2-Paslanmaz özellikte olmalıdır.
- 3-Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
- 4-Son kullanma tarihi en az 5yıl olmalıdır.
- 5-10,11,15,20 ve 24 no'luk ebatlarda olmalıdır.
- 6- Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek.Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.
- 7-Çoklu kullanımlarda kan ve vucüt sıvısı ile temas ettikten sonra paslanma yapmamalıdır.
- 8-Keskinliğinin vaka boyunca korunmalıdır.


Yrd.Doç.Dr.Arzu Kesti
CBÜTF Anestezi ve Rean.AB
Dip. No: 9843 - Tescil No: 100363