

AMELİYATHANE TABURESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ameliyathanede kullanıma uygun, 304 Krom çelikten(paslanmaz) yapılmış olmalıdır.
- 2-Yükseklik ayarlı (pistonlu) olmalıdır.
- 3-Taburenin 5 adet tekerlekli ayağı olmalıdır.
- 4-Taburenin oturak kısmı anti bakteriyel ve silinebilir kaplamalı olmalıdır.
- 5- Yükseklik minimum 60cm, maksimum 75cm olmalıdır.

Aslı Duman Y.
Sevcan Sarıca

