


KIRMIZI POŞET (TIBBİ ATIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi atık torbaları ,çevre ve orman bakanlığının 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi atıkların kontrol yönetmeliği”nde tarif edilen maddelere uygun olmalıdır.
2. Çöp torbası 72x80 cm ebadında olmalı ve poşetin ağzını büzme mekanizması olmalıdır.
3. Tıbbi atık torbaları delinmeye, yırtılmaya, taşımaya ve patlamaya dayanıklı, sızdırmaz olmalıdır.
4. Tıbbi atık torbaları orjinal orta yoğunluklu polieliten hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
5. Tıbbi atık torbaları taban veya yan kısımları çift dikişli olmalıdır. (Taban ve yan kısımları çift dikişli olması tercih sebebidir.)
6. Tıbbi atık torbalarının çift kat kalınlığı en az 100 mikron olmalı ve en az 10kg kaldırma kapasitesinde olmalıdır.
7. Tıbbi atık torbalarının üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde ‘Uluslararası Biyotehlike ‘amblemi ile’ DİKKAT TIBBİ ATIK ‘ibaresini taşımalı ve kırmızı renkli olmalıdır.
8. İthalatçı/imalatçı yetkili satıcı belgesi bulunmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
10. Tıbbi atık torbalarının kargo veya benzeri yolla gönderilmesi halinde bedeli firma tarafından karşılanmalıdır.
11. Her parti teslimatında muayene için teslim edilen tıbbi atık torbalarından random olarak en az 10 adet seçilir ve şartname koşulları içeriğine göre muayene yapılır.
12. Muayene işlemleri sırasında veya sonrasında uygun olmayan torbalar yenileri ile bedelsiz olarak değiştirilir.İlgili firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiç bir hak ve ücret talep edemez.
13. Sipariş faksından sonra 10(on)işgünü içerisinde sipariş teslim edilmelidir.
14. Kurum ihale miktarı çöp poşetlerinin garanti süresi içinde aynı fiyat ve şartlar altında %20’ye kadar arttırma,malzemelerin teslim alınmasından önce %20’ye kadar eksiltme hakkına sahiptir.
15. Numune istenecek ve ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

MEHMET BAYRAKTAR
İÇ HİZ. BİR. SOR.



KAZIM ÇELİK
İÇ HİZ. BİR. SOR.



SADIK KAPLAN
KAL. VE DES. HİZ. MÜD.

