

### MİDE YIKAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1. Set, şuuru açık veya kapalı hastalarda pratik bir şekilde, yerçekimi kuvveti ile mide yıkama imkanını sağlayacak aynı zamanda aktif kömür gönderebilecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
- 1.2. Set tamamen yerçekimi kuvveti ile çalışmalı bu sayede hiçbir aparata ve dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan kullanılabilir.
- 1.3. Her bir set aşağıdaki ürünleri içermelidir.
  - 1.3.1. En az 3lt. maksimum 4 lt kapaklı ve klempfli solüsyon torbası bulunmalıdır.
  - 1.3.2. En az 5lt kapaklı ve klempfli drenaj torbası olmalıdır.
  - 1.3.3. Bir adet ısırma bloğu olmalıdır.
  - 1.3.4. Bir adet çam uçlu lavaj enjektörü olmalı, enjektör lavaj tüpün midede olup olmadığını doğrulamak için kullanılmalıdır.
  - 1.3.5. Bir adet single lümen lavage tube bulunmalıdır.
  - 1.3.6. Bir adet Üniversal Üçlü Konnektör olmalı; konnektörün bir ucu solüsyon torbasına, bir ucu drenaj torbasına ve bir ucu da lavage tüpe bağlanabilmelidir. Üçlü konnektörün üzerinde ayrı olarak bir vidalı adaptör olmalı ve mide yıkama işlemi bitikten sonra aktif kömür tüpü bu adaptöre kolayca takılıp aktif kömür uygulaması yapılabilir.
- 1.4. CE belgeli olmalıdır.
- 1.5. UBB (Ulusal bilgi banka) kodu olmalıdır.

MANİSA CBÜ TIP FAK. HASTANESİ  
Acil Tıp AD  
Doç. Dr. Muhammed İhsan ŞAŞMAZ  
Dip. Tes. No : 143891