

HEMOVAC DREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

(10-12-14 Fr)

1. Hemovac dren seti cerrahi girişimlerden sonra biriken sıvıların düşük negatif basınç ile dreajını sağlamalıdır.
2. Dren iğne ve körüklü toplama kabından olmalıdır.
3. Multiple delikli tek iğneli en az 30 cm., radyopak çizgi, ölçülü redon dreni olmalıdır.
4. Drenlerin iğnesi trokarlı (bız) olmalı, dokuya kolay girmeli ve doku travması oluşturmayacak yapıda ve paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
5. En az 400 cc'lik körüklü rezervuarı olmalıdır.
6. En az 1 m.'lik kendinden klipsli konneksiyon hattı olmalıdır.
7. Dren boyuna göre kesilebilir konnektörü olmalıdır.
8. Körüklü hazne sıkıştırıldığında negatif basınç oluşmalıdır.
9. Drenaj seti maksimum toplama için kolay hava boşaltma özelliğine sahip olmalıdır.
10. Dren bükülme ve kıvrımlara karşı dirençli olmalı, şeklini koruyabilmelidir.
11. Tek tek steril paketlerde olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili bilgiler ve sterilizasyon bilgisi bulunmalıdır.
13. Üretim ve son kullanım tarihi üzerinde olmalıdır. Depo teslimi sırasında 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
14. Teklif veren firma denemek üzere 3 (üç) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
15. Satın alınan malzeme uygunluk ve kullanılabilirlik açısından kontrol ve muayene edildikten sonra kabul edilecektir.
16. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
17. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecektir.
18. Ürünün mutlaka UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü