

- 1) Teklif edilen nazal kanül nazofaringeal yol aracılığıyla doğrudan yüksek akış uygulanması(HFOT tedavisi) için tasarlanmış iki pronglu bir cihaz olmalıdır.
- 2) Nazal kanül tek kullanımlık olmalı aynı hasta da 7 güne kadar kullanılabilir.
- 3) Nazal kanül servisimizde kullanmakta olduğumuz aktif nemlendirme cihazının tek hatlı HFOT devresinin inspirasyon portuna uyumlu olmalı ve direk bağlanabilir.
- 4) Nazal Kanül yivsiz tüp ve boyun kayışı ile birlikte gelmelidir. Kullanıcı Nazal kanülün sıklığını ayarlayabilir.
- 5) Nazal kanül -10 ile 50 santigrat derecede kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
- 6) Teklif edilen Nazal kanülün en az 3 farklı boy seçeneği olmalıdır.
- 7) Nazal Kanül ün küçük boyu 60 litre/dakika, orta ve büyük boyu 80 litre/dakika lık HFOT tedavisine uygun yapıda olmalıdır.
- 8) Teklif edilen Nasal Kanül ünitede bulunan nemlendirici cihazlarının devreleri ile uyumlu olmalıdır ve yoğun bakımdan konu ile ilgili uygunluk alınmalıdır.

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Neslihan ENGİN
Ç.Y.B.Tes. No: 115098 Dış. Tes. No: 114060