

• ***Staphylococcus aureus* ve Koagülaz Negatif Stafilokok Ayırımı İçin Koagülaz Testi Teknik Şartnamesi**

1. Test kiti *S.aureus* türlerini tespit edebilmelidir VE birer testlik kartlar halinde olmalıdır.
2. Test kuru lateks prensibinde olmalıdır ve pozitif sonuçlar kartta aglütinasyon yöntemi ile gözlenmelidir.
3. Test kartları alüminyum poşetler içerisinde yer almalıdır.
4. Teslim tarihinde en az 15 ay miyadlı olmalıdır.
2. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş oldu UBB kaydı olmalıdır.
3. Ürünü veren firma CLSI membership üyesi olmalıdır.
4. Katılımcı firmalar, alım öncesi ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından ürün numunesini teslim etmelidir

Prof. Dr. SİDEM AKÇALI
Cela Özyar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tbhi Mikrobiyoloji AB
Diy. Tes. No: 691731 / 1999 / 154 No: 65234

Prof. Dr. Hürü GAZİ
Tbhi Mikrobiyoloji
Teçel No: 127809