

## II.İDENTİFİKASYON MALZEMELERİ

- **PYR Kiti Teknik Şartnamesi**

1. Test kiti, streptokok ve enterokoklardaki PYR'ase aktivitesini tespit etmek için hızlı kolorometrik yöntem olmalıdır.
2. Sonuçlar 20-30 saniye içerisinde renk değişimi ile alınmalıdır
3. Test kartları alüminyum poşetler içerisinde yer almalıdır.
  1. Kitin içerisinde açılmış poşetlerin nem almasını engellemek için kapatma klipsleri bulunmalıdır. Teslim tarihinde en az 15 ay miyadlı olmalıdır.
  4. Test kiti içerisinde bütün kullanılacak reaktifler mevcut olmalıdır.
  5. Performans değerlendirmesi için ihale öncesi laboratuvara numune bırakılmalıdır
  6. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş oldu UBB kaydı olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz edilmelidir.
  7. Ürünü veren firma CLSI membership üyesi olmalıdır.
  8. Katılımcı firmalar, alım öncesi ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından ürün numunesini teslim etmelidir

**Prof. Dr. Sinem AKÇALI**  
Celal Bayar Üniversitesi  
Tıp Fakültesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji AD  
Dış Telefon: 69173 İç Hatlar: 6502

**Prof. Dr. Hürriye GAZI**  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Tecil No: 427809