

Koroner Anjiyoplasti Kılavuz Teli Hidrofilik 0.014 inch (KR1083)

- 1- Koroner Anjiyoplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- 0.014(inch) kalınlığında ve 180 VE 300 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.
- 4- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyec yapıda (bağlantısız) olmalıdır.
- 5- Distal segmentte en uçtaki son 2mm'lik kısım hidrofobik yapıda olmalı. En uç 2mm'lik kısımdan sonra e 20cm'lik kısım sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (hydrophilic) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu o proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır.
- 6- Radyopak uç uzunluğu en fazla 3cm olmalıdır.
- 7- Uç ağırlığı en az 1.5gr olmalıdır.
- 8- Proksimal segment, pıhtı tutumunu önleme ve kullanılacak balon ya da stent kateteri lümenine sıkışm açısından özel madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 9- Distal ucun en az 35cm'lik kısmı nitinol yapıda olmalı.
- 10- Uç stili 'spring' ya da 'core to tip' yapısında olmalı
- 11- Farklı zorluktaki lezyonlarda tercih edilmek üzere en az 1.5 gr dan başlamak üzere üç farklı uç seçeneği olmalıdır.

Prof.Dr. Ali Rıza BİLGE
Kardiyoloji Uzmanı
79 - 37235

Ali Rıza BİLGE
Kardiyoloji Uzmanı
79 - 37235