

3. STERİL EKÜVYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eküvyonlar 15 cm.ahşap çubuk ucunda yeteri kadar pamuk olmalıdır.
- Her bir eküvyon tekli steril kağıt (şeffaf olmayan) paketler içinde olmalıdır.
- Malzemenin üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- Son kullanım süresi teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.
- Malzemelerle ilgi bir sorunla karşılaşırsa 48 saat içinde yenileri ile değiştirilebilmelidir.

~~Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Tesc.No: 69173 Uzmanlık Tesc. No: 65384~~

~~Prof. Dr. Hürü GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809~~