

### **Perfluorodekalin 5 ml Teknik Şartnamesi**

1. Ürün göz ameliyatları (Retina Dekolmanı, PVR, Diabetik Poliferativ Retinopati Disloke olmuş lenslerin çıkarılması vs) için özel imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün toksik özelliğinin yok edilmesi için mutlaka saflaştırılmış olması gereklidir.
3. Ürün en az % 98,5 miktarda Perfluorodekalin içermelidir.
4. Ürün 5 ml hacminde olmalı ve özel korumalı kapaklı cam flakon şişelerde muhafaza edilmeli.
5. Ürün ile birlikte 5 cc steril plastik enjektör ve 20 G steril kanül verilmelidir.
6. Flakon şişenin üzerinde Firma ismi-Ürün ismi-Lot numarası-Son kullanma tarihi ve Ce numarası olmalıdır.
7. Ürünün CE sertifikası olmalıdır.
8. UBB ve ÜTS Kaydı Olmalıdır