ePTFE YAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yama Dacron Malzemeden olmalı.

Dış yüzeyinin valour yapısı ,düzgün doku oluşumunu desteklemeli ve iyileştirmeyi destekleyici nitelikte olmalı. Yamanın duvar kalınlığı 0,1 mm olmalıdır.

Pulsatilityi kaldırabilen kuvvetli ve kullanımlı yumuşak bir dokuya sahip olmalıdır.

Yamanın dokuması yarılmaya , dilatasyona , gerilmeye karşı dayanıklılığı sağlayan reverse locknik tarzında olmalı ; anastamoz yapılacak noktada tiftiklenmemelidir.

Yamanın boyutu 15cm*15cm olmalıdır.

Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Firma miadın dolmasına 2 ay kala ,yenisi ile değiştirmelidir.

Steril orijinal ambalajında olmalıdır.

Ürünün ve firmanın TITUBB kaydı olmalıdır.

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi

DR. Öğr. Üyesi

Serkan Seçici