CARDİOVASCULAR PATCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yama genişletilmiş politetrafloroetilenden (e-PTFE) mamul olmalıdır.
2. Duvar kalınlığı 0,4 ve 0,6 mm. olmalıdır.
3. Malzemenin ebatları kurumun isteğine bağlı olarak 5x7.5 cm. veya 5x15 cm. olmalıdır.
4. Patch herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılabilmelidir.
5. Yamanın duvar yapısı hızlı doku gelişmesine izin verecek şekilde tek katmanlı PTFE'den oluşmalıdır. Patch kesilirken kenarlarda hiç bir liflenme veya ayrılma görülmemelidir.
6. Patch PATT Perflorinated Amorphus Thermoplastic Technology ile üretilmiş olmalıdır
7. Patch tekrar steril edilebilmelidir.Bu işlem en az 3 defaya kadar tekrarlanabilmelidir.
8. Patch steril ve çift ambalajlı olmalıdır.
9. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
10. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
11. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lod numarası,SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi
Serkan SEÇİCİ