MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(Çocuk Yoğun Bakım 1) 23.06.2025

No	Malzemenin Adı	Miktarı	İstem Tarihi	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
							Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	Geçici Hemodiyaliz Kateteri 6 fr 8cm	Sadet	20.06.25		4 (ay)	Acil İhtiyaç			Mal. kodu	SUT 1742	20/06/2025 .../.../202..	Taşınır kodu - Ubb kodu 270021022	
2	Geçici Hemodiyaliz Kateteri 7 fr 11cm	Sadet	20.06.25		4 (ay)	Acil İhtiyaç			46484	1282	20/06/2025 .../.../202..	150-03-0399	
3	Geçici Hemodiyaliz Kateteri 8 fr 16cm	Sadet	20.06.25		4 (ay)	Acil İhtiyaç			43535	1282	20/06/2025 .../.../202..	(Ubb) 10884521005358 150-03-03-95	
4	Geçici Hemodiyaliz Kateteri 9 fr 16cm	Sadet	20.06.25		4 (ay)	Acil İhtiyaç			8935	1282	20/06/2025 .../.../202..	Ubb 8849080613 45	
5	Geçici Hemodiyaliz Kateteri 10 fr 16cm	Sadet	20.06.25		4 (ay)	Acil İhtiyaç			46485	NF1000	20/06/2025 .../.../202..	10884521005020	
					..... (ay)						.../.../202..		
					..... (ay)						.../.../202..		
											.../.../202..		
											.../.../202..		

Doç. Dr. Neslihan ZENGİN
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Ç.Y.B. Tes. No.: 125068
Diploma Tes. No.: 114060

Onaylayan;

Prof. Dr. İsmet Topcu
Başhekim

PEDİATRİK GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kateter çift lümenli , subclavian ve internal juguler girişime uygun olmalıdır.

2.Hem perkütan hem cerrahi yolla takılmaya uygun olmalıdır.

3.Kateterin cilde tespitini sağlayacak sutur delikleri olmalı 360 derece dönebilmelidir. 4.Lümenden kıvrık (M şeklinde) olmalıdır.

5.Her iki lümen üzerinde de klemp olmalıdır.

6.Kateterler 5,6, 7,8,9,10 F kalınlığı, 8-20 cm uzunluk aralığında olmalıdır.

7.Lümenlerin üzerinde kateter boyu,kalınlığı arter ve ven lümen içi volümünün kaç cc olduğu yazmalıdır.

8.Kateterler hasta damarlarına en az zarar vermekle tıkanmayı önleyici özel madeden yapılmış olmalıdır.

9.Kateterler kitlerinin üzerinde üretim ve sterilizasyon tarihleri etiketle belirtilmiş olmalıdır.

10.Kateterler kit halinde bulunmalıdır ve kitlerde seldinger tekniği ile kullanılmak üzere giriş iğnesi ve enjektör ,tel guide ,dilatatör ve kateter kapakları bulunmalıdır.

11.Sterilizasyon geçerlilik süresi ambar teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

12. İhale öncesi veya ihale sırasında 3 (üç) adet numune getirilmelidir.

13.Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.

14.SUT tavan fiyatları üzerinde verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır

Doç. Dr. Neslihan ZENGİN
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Ç.Y.B. Tes. No.: 125068
Diploma Tes. No.: 114060