

ULTRASON JELİ ÖZELLİKLERİ

1. Ultrason jeli suda çözünebilir olmalıdır.
2. Ultrason jeli steril olmamalı ve hipoalerjik olmalıdır.
3. Ultrason jeli mavi renkte olmalı ve leke bırakmayan özellikte olmalıdır.
4. Ultrason jeli kullanılacak ultrason cihaz problemlerinin kullanım kılavuzunda önerilmelidir.
5. Ultrason jeli 5 Lt. bidon/ kutu olacak şekilde üretilmeli ve ultrasonda kullanım kolaylığı sağlaması için yanında 250 ml boş doldurulabilir tüp ile verilmelidir.
6. Her bir 5 Lt.'lik bidon, üzerinde ürün markasının yazılı bulunduğu karton kutularda muhafaza edilmeli ve bidonun yanında verilen 250 ml boş tüplerin üzerinde ürünün markası yazılı olmalıdır.
7. Ultrason jelinin üretim tarihinden itibaren en az 36 ay kullanım süresi olmalıdır.
8. Ultrason jeli serin ve kuru bir yerde muhafaza edilebilir olmalıdır.

Prof. Dr. Yıldız UYAR
MGBÜ Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Dip.No: 6768 Tescil No: 64222