

8 FR İNTRA AORTİK BALON SETİ

1. Balon kateterleri düşük kalp debisi olan hastalarda mekanik destek sağlamak için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Balon kateter shaftı 8Fr çapında olmalıdır.
3. Balon kateteri 50cc hacminde olmalıdır. Kateter 162cm'in üzerindeki hastalarda kullanılabilirdir.
4. Balon membran malzemesi Durathane olmalıdır.
5. Balon açılmamış halde iken kateter shaftı ile balon membranı arasında kalınlık farkı olmamalıdır.
6. Balon Kateteri co-lumen shaft tasarımına sahip olmalıdır.
7. Balon kateteri klinik ihtiyaca göre hastaya sheath (kılıf) ile veya sheath kullanmadan (sheathless) yerleştirilebilir özellikte olmalıdır.
8. Kateter üzerinde yerleştirmeyi kolaylaştırmak için işaretler bulunmalıdır.
9. Ürünle beraber bir (1) adet yerleştirme kiti verilmelidir.
10. Kateter lateks içermemelidir.
11. Intra-Aortik Balon Kateterinin yerleştirilebilir uzunluğu 723mm, balonun uzunluğu ise 258mm olmalıdır.
12. Balonun 2 psi basınçta çapı 174mm olmalıdır.
13. Yerleştirme kiti aşağıda listelenen içeriğe sahip olmalıdır:
 - 6" (15cm) Reinforced Sheath Introducer Dilator,
 - Bir adet 18 gauge Anjiyografik İğne,
 - Bir adet Stepped Dilator,
 - Bir adet 0.025" X 145cm 3mm J PTFE Stainless Steel Guidewire,
 - Bir adet 3 yollu musluk,
 - Bir adet Male Luer Lock Cap,
 - Bir adet 5'7" Kateter Uzatma Hattı
14. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
15. Ürünün sterilizasyon tarihinden itibaren 3 yıl raf ömrü olmalıdır.
16. Son kullanım tarihi yaklaşan ürünler uzun miyadlı ürünlerle değiştirilmelidir.
17. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
18. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB veya ÜTS Lod numarası ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof. Dr. ÖMER TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD Başkanı