

## KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI HİDROFOBİK GÜZİÇİ LENSİ

1. Mavi renkli pmma haptiklere sahip olmalı ve haptikler yapıştırma olmamalıdır.
2. Lenslerin su içeriği % 3 'den fazla olmamalıdır.
3. Akrilat metakrilat optiğe sahip olmalıdır.
4. Hidrofobik yapıda (akrilat-metakrilat) optiğe sahip olmalı kaplama olmamalıdır.  
(sıvı ile doldurulmuş flakonlar içinde olmamalıdır.)
5. Refraktif indeksi 1.47- 1.55 arası olmalıdır.
6. Total lens uzunluğu 13.0 mm olmalıdır.
7. UV koruyucu olmalıdır.
8. Asimetrik bikonveks veya bikonveks optik yapısında olmalıdır. Bu bilgiler ürünün üzerinde ve katalogunda yazılı olmalıdır.
9. 6.0 mm optik çapında olmalıdır.
10. Optik haptik düzlemi arasında 5 veya 10 derecelik açıya sahip olmalıdır.
11. Haptikler modifiye C olmalıdır.
12. Ön kamara derinliği 5.20 – 5.60 mm arası olmalıdır.
13. A sabiti 118.4-119.1 olmalıdır.
14. +10 +30 0.5 dioptri arasında türkiye pazarında stoklu olmalıdır. 0.5 Dioptri aralıklarda olması vazgeçilmez bir özelliktir.
15. Lenslerin ve kartuşların miatları teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır. 3 yılın altında ise Lenslerin ve kartuşların miatlarından dolayı yaşanacak endoftalmi ve benzeri olaylardan dolayı tüm sorumluluk teklif veren firmaya ait olup, aynı zamanda teklif veren firma, üretici ve türkiye distribütörü tarafından noterden miatlarının bitmesine 1 ay kala ve 5 gün içinde değiştirme yapacağını ve miatlarının geçmesinden dolayı yaşanacak endoftalmi ve benzeri olaylardan dolayı tüm sorumluluk kendilerine ait olduğuna dair noterden taslihütname vermelidir.
16. Teklif edilen lenslerin bütün dioptriler en fazla 2.8 mm kesiden rahatça implant edilebilmelidir.
17. Kelebek kartuş sistemleri haptiklerin kırılmasına neden olacağı için kabul edilmeyecektir.
18. Unfolder ve kartuş sistemi hasta güvenliği açısından teklif edilen lens ile aynı

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN  
M. C. BÜ. Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A. D.  
Dip. Tes. No: 130161

marka olmalı ve bunlara ubb kaydı olmalıdır. Teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte ubb kaydı ve katalog veya belge vermelidirler.

19. Teklif veren firmalar lenslerin deęişimini 24 saat içinde yapacağına dair taahhünameyi teklifleri ile birlikte vermelidir.

20. Teklif veren firmalar şartnameye madde madde cevap belgesini teklifleri ile birlikte sunmalıdır.

21. Sağlık bakanlığı UBB ve ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

22. İstenilen diyoptriyer ve adetleri tabloda belirtilmiştir.

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	SUT KODU
1	GOZ.LENS KATLANABİLİR 23.5 D ÜÇ PARÇALI HİDROFOBİK	AD	15	GZ1018
2	GOZ.LENS KATLANABİLİR 24.0D ÜÇ PARÇALI HİDROFOBİK	AD	15	GZ1018
3	GOZ.LENS KATLANABİLİR 24.50D ÜÇ PARÇALI HİDROFOBİK	AD	15	GZ1018
4	GOZ.LENS KATLANABİLİR 25.00 D ÜÇ PARÇALI HİDROFOBİK	AD	15	GZ1018
5	GOZ.LENS KATLANABİLİR 25.50 G ÜÇ PARÇALI (HİDROFOBİK ACRYLIC)	AD	10	GZ1018
6	GOZ.LENS KATLANABİLİR 26.00 D ÜÇ PARÇALI (HİDROFOBİK ACRYLIC)	AD	10	GZ1018
7	GOZ.LENS KATLANABİLİR 26.50 G ÜÇ PARÇALI (HİDROFOBİK ACRYLIC)	AD	10	GZ1018
8	GOZ.LENS KATLANABİLİR 27.00 ÜÇ PARÇALI (HİDROFOBİK ACRYLIC)	AD	10	GZ1018
9	GOZ.LENS KATLANABİLİR 27.50 D ÜÇ PARÇALI (HİDROFOBİK ACRYLIC)	AD	5	GZ1018
10	GOZ.LENS KATLANABİLİR 28.00 D ÜÇ PARÇALI (HİDROFOBİK ACRYLIC)	AD	5	GZ1018

Tablo: İstenilen lenslerin diyoptriyeri ve adetleri.

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 130167

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Mal ID	SUT KODU
1	GOZ LENS KATLANABİLİR UÇ PARÇALI HİDROFOBİK	AD	110		GZ1018

Op. Dr. Mustafa ERDOĞAN  
M.Ü. BÜ. Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Bip. No: 130161